

医療関係者各位

エクセグラン[®] と エクセラーゼ[®] の 販売名類似による取り違い注意のお願い

2018年10月

大日本住友製薬株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、大日本住友製薬株式会社製品の「**エクセグラン[®]**（一般名：ゾニサミド）：抗てんかん剤」と Meiji Seika ファルマ株式会社製品の「**エクセラーゼ[®]**（有効成分：サナクターゼ M、メイセラーゼ、プロクターゼ、オリパーゼ 2 S、膵臓性消化酵素 T A）：消化酵素製剤」につきましては、2013年4月に販売名類似による取り違いに関する注意喚起をさせていただきましたが、その後も処方オーダーシステムにおける両薬剤の選択ミスや調剤時の薬剤取り違い等が発生し、2013年4月以降2018年9月20日時点で10件の事例が日本医療機能評価機構ホームページへ掲載されております。

「**エクセグラン[®]**」と「**エクセラーゼ[®]**」を処方または調剤いただく際には、**薬効および販売名等を今一度ご確認ください**ますようお願い申し上げます。また、**処方オーダーシステムをご使用の場合はアラートを表示させる等の薬剤の選択ミス防止策**をご検討いただきますようお願い申し上げます。

なお、既に取り違い防止策を実施されている施設におかれましても、職員の異動や非常勤職員との情報共有不足等、その対策を十分に把握されていないことで生じる薬剤の選択ミスを防ぐために、改めて**対策の周知徹底**をお願い申し上げます。

謹白

処方時に薬剤の選択ミスをした実際の事例

<事例内容>

服用履歴があるエクセラーゼ配合カプセルを処方するところ、入力ミスでエクセグラン錠 100mg が処方されたので疑義照会を行った。

<背景・要因>

処方入力のコードがエクセラーゼ、エクセグランと頭 3 文字が似ているので間違ったのではないかと考える。

出典：日本医療機能評価機構（薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業）
薬局ヒヤリ・ハット事例ID: 23476より改変

処方オーダーシステム対策のお願い

処方オーダーシステムをご使用されている場合は、以下のような表示および検索方法を工夫する等の対策のご検討をお願いいたします。

また、職員の異動や非常勤職員との情報共有不足等、その対策を十分に把握されていないことで生じる薬剤の選択ミスを防ぐために、改めて対策の周知徹底をお願いいたします。

【表示方法の工夫例】

薬剤マスターに登録されている薬剤表示名称、表示方法を変更・工夫し、エクセグランとエクセラーゼが間違えて選択されないようにする。



販売名の前に**薬効**を表示


薬効表示

薬剤検索画面

医薬品名

検索結果

<抗てんかん剤>	エクセグラン錠 100mg
<抗てんかん剤>	エクセグラン散 20%
<消化酵素製剤>	エクセラーゼ配合カプセル
<消化酵素製剤>	エクセラーゼ配合顆粒
<消化酵素製剤>	エクセラーゼ配合錠



抗てんかん剤などの
ハイリスク薬は**注意**を表示

注意表示

注意！

**抗てんかん剤ですが
よろしいですか？**

OK

キャンセル

「PMDA 医療安全情報（No.44 2014 年 5 月）」（<http://www.pmda.go.jp/files/000144997.pdf>）より引用

その他の方法：

抗てんかん剤等のハイリスク薬は、薬剤名称に★等のマーク、または色を付けて表示する。

例）★エクセグラン錠 100mg または **エクセグラン錠 100mg**

【検索方法の工夫例】

検索時、先頭 4 文字を入力し、エクセグランとエクセラーゼが間違えて選択されないようにする。

薬剤選択ミス防止、誤投与防止のお願い

エクセグラン（抗てんかん剤）またはエクセラーゼ（消化酵素製剤）がご施設で初めて処方される患者さんの場合や、患者さんが持参した薬を継続使用で処方された際には、処方監査時だけでなく交付時や配薬時も含め注意していただくようお願いいたします。

【処方監査時・交付時・配薬時のお願い】

適切な処方監査、交付時・配薬時の確認により処方時の薬剤の選択ミスや調剤時の取り違えによる患者さんへの誤投与が未然に防止された事例が複数報告されております。抗てんかん剤等のハイリスク薬や処方オーダーシステムで誤入力しやすい医薬品を処方された患者さんに対して、病歴や薬歴等の確認をお願いいたします。

- ① 患者さんへのインタビューにより、どのような疾患で受診したか確認をお願いいたします。
- ② 処方箋に記載された処方科で処方される薬剤であるか確認をお願いいたします。
- ③ 併用薬、病名などの情報を利用し、前回の処方歴および薬歴との照合をお願いいたします。

【ヒヤリ・ハット事例等の周知のお願い】

エクセグランとエクセラーゼの選択ミス防止の啓発と周知をお願いいたします。

- ① 新しく配属になった薬剤師の方を対象に、エクセグランとエクセラーゼの両薬剤を間違えやすい医薬品として認知する機会（研修等）を設けていただくようご検討をお願いいたします。
- ② エクセグランとエクセラーゼの両薬剤の販売名・薬効分類名を記載した表（本資料裏面参照）を薬局内に掲示していただく等ご活用ください。

エクセグラン[®] または エクセラーゼ[®] を

処方・調剤いただく際には、**薬効名**および**販売名**をご確認ください

販売名	エクセグラン[®]錠100mg エクセグラン[®]散20%	エクセラーゼ[®] 配合錠 エクセラーゼ[®] 配合カプセル[※] エクセラーゼ[®] 配合顆粒[※]
一般名 (有効成分名)	ゾニサミド	サナクターゼM、メイセラーゼ、プロクターゼ、 オリパーゼ2 S、膵臓性消化酵素T A
薬効分類名	抗てんかん剤	消化酵素製剤
錠剤PTP シートの写真	 エクセグラン錠100mg	 エクセラーゼ配合錠
お問い合わせ先	大日本住友製薬株式会社 くすり情報センター TEL : 0120-034-389 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝・祭日を除く)	Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 TEL : 0120-093-396、03-3273-3539 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝・祭日および当社休業日を除く)

製品をご使用の際は最新の添付文書をご確認ください。

※経過措置期限：2019年3月31日

本情報の留意点

- ・情報の作成に当たり、弊社は正確性について万全を期しておりますが、それを保証するものではありません。
- ・本情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではなく、あくまで医療従事者に対し、医薬品の安全使用の推進を支援する情報として作成したものです。