

※事故の程度が「死亡」又は「障害残存の可能性が高い」事例のみ

		事故の内容																		不明						
		総件数	誤作動	故障	使用前の点検・管理ミス	使用中の点検・管理ミス	組み立て	破損	指示遅延	消毒・清潔操作の誤り	設定条件間違い	過剰投与	過少投与	無投薬	投与速度すぎ	投与方法間違い	その他の輸液実施に関する内容	その他の与薬準備に関する内容	その他の与薬に関する内容		医療機器等・医療材料の不適切使用	その他の医療機器等・医療材料の準備に関する内容	その他の医療機器等・医療材料の使用に関する内容	その他の医療機器等・医療材料の管理に関する内容		
医療機器の分類と事故の程度	心電図・血圧モニター (1件)	死亡	1																			1				
		障害残存の可能性が高い	0																							
	人工呼吸器 (1件)	死亡	1																					1		
		障害残存の可能性が高い	0																							
	血液浄化用機器 (1件)	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	1																		1					
	パルスオキシメータ	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	0																							
	ペースメーカー	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	0																							
	除細動器 (1件)	死亡	1																				1			
		障害残存の可能性が高い	0																							
	人工心臓 (1件)	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	1	1																						
	内視鏡	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	0																							
	歯科用回転研削器具	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	0																							
	その他の医療機器 (2件)	死亡	0																							
		障害残存の可能性が高い	2																				1			