

※事故の程度が「死亡」又は「障害残存の可能性が高い」事例のみ

			事故の内容															不明			
			総件数	指示出し 忘れ	電源入れ 忘れ	誤作動	故障	使用前の点 検・管理ミス	使用中の点 検・管理ミス	組み 立て	破損	設定条件 間違い	過剰 投与	投与速度 速すぎ	その他 の薬に関 する内容	医療機器 等・医療材 料の不適切 使用	その他の医療機 器等・医療材 料の準備に関する 内容		その他の医療機 器等・医療材 料の使用に関する 内容	その他の医療機 器等・医療材 料の管理に関する 内容	
医療 機器 の 分 類 と 事 故 の 程 度	心電図・血圧モ ニター (4件)	死亡	3					1	1									1			
		障害残存の 可能性が高い	1													1					
	人工呼吸器 (1件)	死亡	1									1									
		障害残存の 可能性が高い	0																		
	血液浄化用機 器 (1件)	死亡	0																		
		障害残存の 可能性が高い	1						1												
	ペースメーカー	死亡	0																		
		障害残存の 可能性が高い	0																		
	人工心肺 (1件)	死亡	1						1												
		障害残存の 可能性が高い	0																		
	内視鏡 (1件)	死亡	0																		
		障害残存の 可能性が高い	1															1			
	歯科用回転研 削器具	死亡	0																		
		障害残存の 可能性が高い	0																		
	保育器	死亡	0																		
		障害残存の 可能性が高い	0																		
	その他の医療 機器 (4件)	死亡	1													1					
		障害残存の 可能性が高い	3										1		1			1			