※事故の程度が「死亡」又は「障害残存の可能性がある（高い）」事例のみ

			事故の内容																							
			点滴漏れ	切断・破損	破損	閉塞	接続外れ	接続間違い	無投薬	組み立て	点検不良	ルートクランプエラー	三方活栓操作間違い	対象患者指示間違い	空気混入	自然抜去	自己抜去	使用前の点検・管理ミス	使用中の点検・管理ミス	ドレーン・チューブ類の不適切使用	その他のドレーン・チューブ類の準備に関する内容	その他のドレーン・チューブ類の使用に関する内容	その他のドレーン・チューブ類の管理に関する内容	その他のドレーン・チューブ類の使用・管理の指示に関する内容	不明	総件数
医療機器の分類と事故の程度	動脈ライン（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	中心静脈ライン（2件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）	1																1							2
	気管チューブ（2件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）														1						1				2
	気管カニューレ（2件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																				2				2
	尿道カテーテル（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	胸腔ドレーン（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	末梢静脈ライン（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	栄養チューブ（NG・ED）（1件）	死亡																				1				1
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	腹腔ドレーン（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	硬膜外カテーテル（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	脳室・脳槽ドレーン（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	皮下持続吸引ドレーン（1件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）									1															1
	血液浄化用カテーテル・回路（0件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）																								0
	三方活栓（1件）	死亡																								0
		障害残存の可能性がある（高い）				1																				1
	その他のドレーン・チューブ類（3件）	死亡																				1				1
		障害残存の可能性がある（高い）																				2				2
合計			1					0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	0	12