コンビネーション医薬品の機械器具部分の不具合が疑われる症例報告

2014年11月25日から2025年2月28日の症例

報告年度	2015	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	血液凝固阻止剤						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2015	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	血液凝固阻止剤						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2015	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL						
医薬品の一般的名称	皮下注射用アダリムマブ（遺伝子組換え）製剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	針残留						
備考							

報告年度	2015	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	マグネビスト静注シリンジ						
医薬品の一般的名称	ガドペンテト酸ジメグルミン注射液						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ破損						
患者等の有害事象	シリンジ破損による指の裂傷、出血（指の裂傷による）						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ビデュリオン皮下注用2mgペン						
医薬品の一般的名称	持続性エキセナチド注射剤						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入用針						
機械器具部分の不具合状況	詰まり						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2015	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	緩み						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	90歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	過量投与						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	四肢疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン増加、注射部位出血						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	浮動性めまい						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛、注射部位硬結						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	注射部位内出血(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位内出血						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン増加						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	90歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	低血糖(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位変色、注射部位出血 、注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム注射液						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム注射液						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL						
医薬品の一般的名称	アダリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針の外れ						
患者等の有害事象	体内遺残、感染のおそれ、カルシウム沈着のおそれ、瘢痕のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	使用を試みたが注射できなかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	針折れ						
患者等の有害事象	体内遺残						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血糖ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹膜炎						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シェルガン0.5 眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	注射筒						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL						
医薬品の一般的名称	ラニビズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	炎症のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL						
医薬品の一般的名称	アダリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	腕に針残留						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン増加						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない、動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トレシーバ注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン　デグルデク(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠損						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ガスケットの外れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔、稽留流産、医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg　オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	高血糖(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	液漏れ						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3㎎						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ(医療機器)						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ(医療機器)						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少(非重篤)						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2016	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	切創						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、液漏れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針がでない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3㎎						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった、ペンが破裂した						
患者等の有害事象	破片が手に刺さった/生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	正常に作動しなかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3㎎						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	作動しなかった疑い						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	挿入器具損傷						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	挿入器具損傷						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒーロン Ｖ 0.6 眼粘弾剤 2.3%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針がでなかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位内出血						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	低血糖(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤腹膜炎						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内感染						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	高血糖(重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ガスケットの外れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ガスケットの外れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒーロン V 0.6 眼粘弾剤 2.3%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼内炎						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ていない懸念						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5.3MG						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針が根元から折れた						
患者等の有害事象	注射針が体内に残留した						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	取り外し不能						
患者等の有害事象	高血糖(重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない、回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	生食溶解液キットH						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	切創						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	切創						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	緩み						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」						
医薬品の一般的名称	セフメタゾールナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない、動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	X
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	X
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	X
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	X
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	生食溶解液キットH						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	緩み						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針刺しによる感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象							
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ、疼痛						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位内出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針刺しによる感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針刺しによる感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	20歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トレシーバ注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン　デグルデク(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠損						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	製品使用過程における誤った技法						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出ない						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3㎎						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ライゾデグ配合注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)／インスリン アスパルト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠落						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	損傷(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トレシーバ注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン　デグルデク(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠落						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ノボラピッド注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠落						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器埋没						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	エピペンを使用しようとしたところ、使えなかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.6 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン 0.6 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロンＶ眼粘弾剤 2.3%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器埋没						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	異所性妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内感染						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象							
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	未記載
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	未記載
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	未記載
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン注射液						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射できなかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ブドウ糖注5%シリンジ「NP」						
医薬品の一般的名称	ブドウ糖						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ステラーラ皮下注45mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血糖値上昇(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターが本体から外れた						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターが本体から外れた						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ75μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターが本体から外れた						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ75μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターが本体から外れた						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターが本体から外れた						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	卵管卵巣膿瘍,卵管卵巣炎						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位内出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位硬結(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エポジン注シリンジ1500						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターの不具合						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ50μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィールドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ルアーロックアダプターとシリンジバレルの接続箇所に緩み						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛、注射部位腫脹						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン V 0.6 眼粘弾剤 2.3%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	プランジャーが固い（注入困難）、ニードルガードが作動していない（収納困難）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	未記載
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	使用困難な医療機器						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	未記載
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能、回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が出なかった						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能・曲がり						
患者等の有害事象	注射部位疼痛・注射部位しびれ感						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ブドウ糖注5%シリンジ「NP」						
医薬品の一般的名称	ブドウ糖						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ライゾデグ配合注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)／インスリン アスパルト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠落						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミッドペリックL135腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜透析液						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	腹膜炎						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	切断、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の異所性妊娠,子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠, 医療機器埋没						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の曲がり						
患者等の有害事象	生命を脅かすおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入, 子宮穿孔						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い、誤穿刺						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エポジン注シリンジ1500						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ブドウ糖注5%シリンジ「NP」						
医薬品の一般的名称	ブドウ糖						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位内出血(非重篤)						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2017	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	スミフェロン注DS300万IU						
医薬品の一般的名称	インターフェロン アルファ						
機械器具部分の名称	ディスポーザブルシリンジ注射針						
機械器具部分の不具合状況	針が戻らない						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位内出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オペリード1.1眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ先端部の破損						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	該当せず
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	該当せず
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	高血糖(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーの恐れ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	事故抜去						
患者等の有害事象	引っかき傷						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シンポニーのプランジャーが動かなかった（注入困難）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠, 流産						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹膜炎						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	卵巣膿瘍						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	該当せず
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	折れ、突出不能						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	リスパダール コンスタ筋注用25mg						
医薬品の一般的名称	リスペリドン						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	不安、怠さ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL(医療機器)						
医薬品の一般的名称	ラニビズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	汚染						
患者等の有害事象	眼内炎，前房内細胞，視力障害，医療機器の問題						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	NA
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	NA
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加、高血圧						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	非該当
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位硬結						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧変動						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧上昇						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考	使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が認められない。						

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	6、7回で注射ボタンが押せた						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が曲がった						
患者等の有害事象	安全キャップに皮膚が巻き込まれ、オートインジェクターが取れなくなった						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖、異常感						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エポジン注シリンジ1500						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ接続の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	後嚢破裂						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーの恐れ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	急性腹膜炎，子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	高血糖(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	卵巣炎，子宮感染						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の異所性妊娠						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーショックによる入院						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	20歳代	転帰	その他
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠, 自然流産						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠, IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	意識消失						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内膜炎						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の異所性妊娠, 異所性妊娠流産						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	腱鞘炎						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔,医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	注射部位疼痛(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入,避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ25μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	90歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	注射部位変色、血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	注射部位変色、血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL						
医薬品の一般的名称	アダリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針の外れ						
患者等の有害事象	体内遺残、感染のおそれ、カルシウム沈着のおそれ、瘢痕のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	10歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ライゾデグ配合注フレックスタッチ						
医薬品の一般的名称	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)／インスリン アスパルト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストンワッシャー(ピストン棒の先端の円盤部品)の欠落						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加(非重篤)						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	該当なし
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	避妊具除去不完全						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	未記載
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	90歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	心停止						
備考	情報不足等により使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が評価できない。						

報告年度	2018	性別	男	年齢	90歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	心停止						
備考	情報不足等により使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が評価できない。						

報告年度	2018	性別	男	年齢	90歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	心停止						
備考	情報不足等により使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が評価できない。						

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	70歳代	転帰	未記載
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難, 誤穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内感染						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧変動						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、針キャップが外れない、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入、IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーの恐れ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血,貧血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔,IUD埋没						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、誤穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ、注射部位疼痛（非重篤）						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔,IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2018	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2018	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロンV 眼粘弾剤2.3% シリンジ 0.6mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒーロン0.85 眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位出血						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常,IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針が曲がった						
患者等の有害事象	針が抜けなくなった						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	あり(漏れ)						
患者等の有害事象	あり(出血)						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	切創						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リスパダール コンスタ筋注用50mg						
医薬品の一般的名称	リスペリドン						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	感染の恐れ、汚染医療機器曝露						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり、漏れ						
患者等の有害事象	針穿刺						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシー						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ステラーラ皮下注45mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、破損						
患者等の有害事象	感染のおそれ、針刺し事故が起こってしまった						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器の位置ずれ,月経過多						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の異所性妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	尿管損傷、腎盂腎炎、IUD腹腔内迷入						
備考	使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が否定できない。						

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔,医療機器腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アルツディスポ関節注25 mg						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	その他(ルアーロック部)の漏れ						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位腫脹、疲労						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他 不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他 不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科要医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物、眼異物除去						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物、眼異物除去						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科要医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物、眼異物除去						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物、眼異物除去						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	倦怠感						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	ろ過型人工腎臓用補液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	バッグ内エア排出不良						
患者等の有害事象	空気注入のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	ろ過型人工腎臓用補液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	バッグ内エア排出不良						
患者等の有害事象	空気注入のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	ろ過型人工腎臓用補液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	バッグ内エア排出不良						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	皮膚裂傷						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD糸目視不能, 医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠,自然流産						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mg シリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	誤穿刺、感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.4mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能,押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、疼痛のおそれ、誤穿刺のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	シェルガン0.5 眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	カニューレ同梱プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧変動						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	ろ過型人工腎臓用補液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	バッグ内エア排出不良						
患者等の有害事象	除水過多のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去困難						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーの恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	適用部位創傷						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	未記載
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	オビドレル®皮下注シリンジ 250μg						
医薬品の一般的名称	コリオゴナドトロピン　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針折れ						
患者等の有害事象	体内遺残						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	90歳代	転帰	(1)(2):回復、(3):不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	「針先が少し変形した/針のわずかな変形」						
患者等の有害事象	(1)「デバイスの針が抜けなかった(投与時に針が抜けず、皮膚に張り付き取れなくなった)」、(2)「痛み」、(3)「内出血の可能性」						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	プロビスク 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物, 眼異物除去						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	プロビスク 0.85 眼粘弾剤 1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入，術後創感染						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入, IUD脱落						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧変動						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落，処置による疼痛，医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針の漏出						
患者等の有害事象	アナフィラキシー悪化のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没、医療機器除去合併症、処置による疼痛						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔,尿管損傷						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	90歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	リュープリンSR注射用キット11.25mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	安全装置(セーフティーデバイス)の外れ						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	糖尿病性ケトアシドーシス						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	突出不能						
患者等の有害事象	筋損傷、腱損傷						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺による疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エポジン注シリンジ1500						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ接続の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害無
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	詰まり, 逆流						
患者等の有害事象	水晶体損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害無
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	詰まり，逆流						
患者等の有害事象	水晶体損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置による出血						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血,性器出血						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血,性器出血NOS						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	突出不能、漏れ、曲がり						
患者等の有害事象	指の損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮頚部損傷、IUD脱出、性器出血						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺による疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	30歳代	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	切断、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ガスケットの変形、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	四肢痛						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	転帰情報は得られていないため
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	局所麻酔し切開して針を抜去した						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血、医療機器位置異常、子宮穿孔						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	針穿刺、感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2019	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリン						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	群発頭痛の悪化で倒れた						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、亀裂、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エポジン注シリンジ1500						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ接続の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，腹膜癒着，性器出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，処置後痛，処置後出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，急性腹症						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、漏れ、逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位腫脹						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位腫脹						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難,収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難,収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い、単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ、亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入液						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ、亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他 不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ25μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン　ベータ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	コネクターとの接続の緩み						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.1%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ、亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能、注入不能、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ、亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂、逆流、漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	逆流、漏れ、亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い、外れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、注入不能、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針詰り/針曲がり、誤用量投与						
患者等の有害事象	切り傷						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	患者以外の人に対する健康被害のおそれであり、健康被害は発生していないため、転帰はその他とした。
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	先端部分を強く押し当てた疑い						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	漏れの疑い、収納困難の疑い、曲がりの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	患者以外の人に対する健康被害のおそれであり、健康被害は発生していないため、転帰はその他とした
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺による疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難、突出不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ、誤穿刺による疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）						
機械器具部分の名称	プレフィルドシリンジ						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	蜂巣炎						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮損傷						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	死亡
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考	情報不足等により使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が評価できない。						

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ、疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	成人	転帰	回復
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgペン						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ、針の体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリン/リキシセナチドペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	その他　不明
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	高齢	転帰	回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシー						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 感染のおそれ, 疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇、偶発的過量投与						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	該当なし
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリン/リキシセナチドペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品不良						
患者等の有害事象	投薬欠落，関節リウマチ症状悪化						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器使用法過誤，医療機器関連損傷，四肢損傷，末梢腫脹，錯感覚，誤用量投与						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜裂孔、硝子体網膜牽引症候群						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	該当なし
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損、ラベル表示の使用期間を超過した医療機器使用						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	無菌性眼内炎、硝子体混濁						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾレア皮下注75mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	乳児	転帰	不明
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	遅延性皮膚反応, ワクチン接種部位の腫れ, ワクチン接種部位の紅斑, ワクチン接種部位の熱感, ワクチン接種部位の小水疱, ワクチン接種部位の変色						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ネオビタカイン注シリンジ5mL						
医薬品の一般的名称	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異なるロットの混入						
患者等の有害事象	副反応のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没、処置後出血、処置後痛						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリン/リキシセナチドペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	乳児	転帰	軽快
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	多型紅斑/全身紅斑、発熱						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ケイセントラ静注用1000						
医薬品の一般的名称	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体						
機械器具部分の名称	薬液用両刃針						
機械器具部分の不具合状況	製品調製の問題						
患者等の有害事象	薬効遅延						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	針穿刺，出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	突出不能						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	生食注シリンジ「NP」(20mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	10歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔、IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	注射部位出血 回復 注射部位疼痛、医療機器関連損傷:不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	注射部位出血，注射部位疼痛，医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	生食注シリンジ「NP」(20mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	アルコン医薬品専用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物，眼異物除去						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物，眼異物除去						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ブドウ糖注5％シリンジ「NP」						
医薬品の一般的名称	ブドウ糖						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない。
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品不良						
患者等の有害事象	投与欠落，関節リウマチ症状悪化						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品不良						
患者等の有害事象	投与欠落，関節リウマチ症状悪化						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品不良						
患者等の有害事象	投薬欠落，関節リウマチ症状悪化						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位疼痛, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用150単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	10歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位疼痛，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確である疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	右橈骨神経麻痺						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針曲がり						
患者等の有害事象	B型肝炎感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い、亀裂の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	90歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD目視不能，医療機器モニタリング過誤						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器使用の問題，医療機器関連損傷，注射部位紅斑						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	偶発的製品曝露，誤針刺，注射部位出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能, 動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他(不明)
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	90歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ガンマガード静注用5g						
医薬品の一般的名称	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン						
機械器具部分の名称	溶解移注針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染症または感染症増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリン リスプロ BS 注ソロスター HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	実際の健康被害は報告されていないため
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリングラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，感染のおそれ，疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD目視不能，妊娠，つわり，妊娠中出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	高眼圧症, 高眼圧による失明, 網膜動脈閉塞						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜中心動脈閉塞, 眼圧上昇						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，IUD目視不能						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL						
医薬品の一般的名称	ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ接続の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ50μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ接続の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	一過性黒内障，眼圧高値						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	網膜中心動脈閉塞						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	その他（不明）
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	折れ，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない。
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位出血						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流, 漏れ, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流, 亀裂, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	(-)
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流, 亀裂, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い，単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	高齢	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠、IUD脱出						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)/ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	男	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2020	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入の疑い，汚染の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	婦人科クラミジア感染						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	健康被害のおそれであり、実際に健康被害は発生していない
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	過量投与, 動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット250						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 感染のおそれ, 疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ガンマガード静注用5g						
医薬品の一般的名称	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン						
機械器具部分の名称	溶解移注針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染症または感染症増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖異常						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	成人	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	高血糖，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮付属器炎						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮付属器炎						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠の疑い						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	医療機器埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題の疑い						
患者等の有害事象	網膜中心動脈閉塞，ぼんやりとした視界，網膜中心動脈閉塞，ぼんやりとした視界，網膜中心動脈閉塞，眼圧上昇，視野欠損						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題の疑い						
患者等の有害事象	網膜中心動脈閉塞，規定量以上の投与						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1％「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	曲がりの疑い						
患者等の有害事象	疼痛						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ、収納困難						
患者等の有害事象	不十分な投与量の可能性、感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	高齢	転帰	—
医薬品の販売名	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入, 子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ガンマガード静注用5g						
医薬品の一般的名称	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン						
機械器具部分の名称	溶解移注針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染症または感染症増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	液状製品の物理的問題，製品品質の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮損傷の疑い, 処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ファイバ静注用1000						
医薬品の一般的名称	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体						
機械器具部分の名称	薬液用両刃針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ファイバ静注用1000						
医薬品の一般的名称	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体						
機械器具部分の名称	薬液用両刃針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼障害のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	蜂窩織炎						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	30歳代	転帰	－
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン異常						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン異常						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	疼痛のおそれ，感染のおそれ，誤穿刺のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	出血，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い，単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	血管性浮腫増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	高齢	転帰	回復
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	接種部位腫脹, 手背の腫脹						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	針曲がり，偶発的製品曝露，直接接触を介した曝露						
患者等の有害事象	針刺，出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	注射部位紅斑，注射部位そう痒感						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の弯曲						
患者等の有害事象	除去困難, 腕にくっついた						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用12MG						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	内出血，医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用過程における誤った技法，誤用量投与						
患者等の有害事象	出血，医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	注入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ガンマガード静注用5g						
医薬品の一般的名称	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン						
機械器具部分の名称	溶解移注針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	感染症または感染症増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能, 動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血管性浮腫増悪のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，漏れの疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂の疑い，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能，動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	ガラス注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼障害のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血，処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧変動						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアル故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ベリムマブ(遺伝子組み換え)注射液						
機械器具部分の名称	オートインジェクター						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン　アスパルト 後続 1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，漏れの疑い，その他						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，感染のおそれ，疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	偶発的針穿刺に対するその後の転帰に関する情報は未入手である。なお、処置の必要性は報告されていない。
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgシリンジ0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤針刺						
患者等の有害事象	出血，注射恐怖						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	ワクチン接種部位腫脹:回復 ワクチン接種部位紅斑:軽快
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ワクチン接種部位腫脹, ワクチン接種部位紅斑						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 逆流, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 逆流, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	急性腹膜炎, 卵管卵巣膿瘍, イレウス, 放線菌症, 後期自然流産, 子宮内器具使用中の妊娠, 産褥熱						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収入困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称							
機械器具部分の不具合状況	収納困難, 組立不良						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン　アスパルト 後続 1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	グリコヘモグロビン増加						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	医療機器使用部位疼痛，医療機器挿入合併症						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い，単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	一過性黒内障, 急激な眼圧上昇						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	成人	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット250						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	血栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーが戻らない)						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位内出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgシリンジ0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	内出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ワクチン接種部位蜂巣炎						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 逆流, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 逆流, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠, 自然流産						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヌーカラ皮下注100mg ペン						
医薬品の一般的名称	メポリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	オートインジェクター						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	注射部位疼痛，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患NOS，避妊具使用中の異所性妊娠，子宮穿孔，子宮内反症，卵巣嚢胞破裂						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患NOS						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	成人	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブポン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼障害のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位裂傷						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血, 医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	疼痛のおそれ, 感染のおそれ, 偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD移動						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖上昇, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, IUD目視不能						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内感染, IUD埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリン3/7注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題, 製品品質の問題						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	20歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	高齢	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，医療機器リーク						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，製品品質の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ディスコビスク1.0眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物遺残のおそれ，感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱出, 妊娠						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	医療機器使用過程における誤った技法:不明 医療機器関連損傷:不明 外傷性出血:回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器使用過程における誤った技法, 医療機器関連損傷, 外傷性出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	曲がりの疑い						
患者等の有害事象	疼痛						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	注射部位損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能，動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇, 房水漏出, 脈絡膜剥離, 右眼失明						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血, 医療機器のずれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	サリルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	遺伝性血管浮腫のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	青少年	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖変動						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖変動, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	穿刺不全の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3MG						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	注射部位出血，偶発的製品曝露，皮膚接触を介した曝露						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンインスリンペン型注入器ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠の疑い						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD目視不能						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ増加のおそれ, 血中ブドウ減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	ゴセレリン酢酸塩デポ製剤の注射による右胃大網動脈損傷，右胃大網動脈損傷による出血性ショック						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブトウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	安全機構の故障の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2021	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合, 注射針の問題, 医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没，処置後感染						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称							
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼障害のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	20歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	生食注シリンジ「NP」(10mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂の疑い						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	四肢痛，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーが戻らない)						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	カニューレ同梱プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	カニューレ同梱プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	外れ，漏れ，接続不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	低血糖，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	低血糖，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，医療機器使用の問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	90歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	動脈損傷						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱落						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	90歳代	転帰	注射針の問題：転帰「不明」、医療機器関連損傷：転帰「不明」、注射部位出血：転帰「軽快」、注射部位疼痛：転帰「軽快」、皮下血腫：転帰「軽快」
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，注射部位出血，皮下血腫，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	生食注シリンジ「NP」(20mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	卵巣嚢胞, 卵巣嚢腫茎捻転の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	蜂巣炎:転帰「回復」 紅斑:転帰「回復」 腫脹:転帰「回復」 発熱:転帰「回復」 ワクチン接種部位疼痛:転帰「回復」 ワクチン接種部位腫脹:転帰「回復」 ワクチン接種部位紅斑:転帰「回復」 ワクチン接種部位熱感:転帰「不明」
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	なし						
患者等の有害事象	蜂巣炎, 紅斑, 腫脹, 発熱, ワクチン接種部位紅斑, ワクチン接種部位腫脹, ワクチン接種部位疼痛, ワクチン接種部位熱感						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	医療機器関連損傷:回復 注射部位出血、注射部位疼痛:不明
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3MG						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷, 注射部位出血, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題, 注射針の問題, 職業性製品曝露						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷, 疼痛, 出血, ワクチン接種部位紅斑, ワクチン接種部位腫脹, ワクチン接種部位硬結						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	青少年	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠, 薬効欠如						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	詰まりの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，亀裂						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位裂傷						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgシリンジ0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	使用困難な医療機器，品質不良医療機器の使用						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	創傷出血、四肢痛:回復 その他の事象:不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不適切な製品適用計画，医療機器使用過程における誤った技法						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，パニック反応，末梢腫脹，創傷出血，四肢痛						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	人工透析液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	人工透析液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.6%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン　アスパルト 後続 1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流, 漏れ, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ増加のおそれ, 血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	射出不良, 収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ, 疼痛のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれし						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アルツディスポ関節注25mg						
医薬品の一般的名称	日局精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器のずれ又は外れ						
患者等の有害事象	関節内損傷のおそれ，破損針の体内貯留のおそれ，破損針の体内貯留&#x0D に伴う炎症などのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位冷感						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	意図しない機器システムの動作						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	曲がりの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ワクチン接種部位蜂巣炎						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠，薬効欠如						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	下腹壁動脈損傷，下腹静脈損傷，動脈出血，静脈出血，腹直筋血腫						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	生食注シリンジ「NP」(10mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーがロックされない)						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 注射部位出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い, 内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題，医療機器リーク，注射針の問題						
患者等の有害事象	医療機器による投与の欠落						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 逆流, 亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	乳児	転帰	未回復
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	皮膚潰瘍，色素沈着障害						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	医療機器関連損傷：不明、注射部位出血：回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3MG						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，偶発的製品曝露						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，注射部位出血						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能の疑い，材料のねじれ/曲がりの疑い						
患者等の有害事象	疼痛，出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	死亡
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不明						
備考	情報不足等により使用されたコンビネーション医薬品の機械器具部分と死亡との因果関係が評価できない。						

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	クアトロバック皮下注シリンジ						
医薬品の一般的名称	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	成人	転帰	-
医薬品の販売名	クアトロバック皮下注シリンジ						
医薬品の一般的名称	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入, 子宮穿孔, 腹膜癒着						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能の疑い，材料のねじれ/曲がりの疑い						
患者等の有害事象	注射部位疼痛，注射部位出血，注射部位損傷						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	注入不能，外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヌーカラ皮下注100mg ペン						
医薬品の一般的名称	メポリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	オートインジェクター						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，注射部位疼痛，注射部位出血，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，感染のおそれ，疼痛のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題, 医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位裂傷, 注射部位瘢痕						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	ステラーラ皮下注45mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	デクスメデトミジン塩酸塩						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	破損，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	注射部位疼痛，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	誤穿刺，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	粒子状物質						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	ぐらつき						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺のおそれ，疼痛のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腸閉塞，卵管卵巣膿瘍						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	治療用製品効果不十分の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	–
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い, 内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 医療機器関連損傷, 注射部位出血						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器,						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リューブリン注射用キット3．75mg						
医薬品の一般的名称	リューブロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	材料のねじれ/曲がり, 機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合, 医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続１］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	治療/処置の遅れのおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂の疑い						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	90歳代	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーがロックされない)						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，注入不能						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	オビドレル皮下注シリンジ250μg						
医薬品の一般的名称	コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	材料の分割、切断、又は裂け						
患者等の有害事象	異物体内遺残						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後出血						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，製品品質の問題 ，医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位裂傷，注射部位瘢痕						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，創傷						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ，曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針のむき出し						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	40歳代	転帰	一
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	骨盤内炎症性疾患，A群レンサ球菌による感染，敗血症性ショック						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	子宮内膜ポリープの疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	レンティスコンフォート						
医薬品の一般的名称	多焦点後房レンズ						
機械器具部分の名称	多焦点後房レンズ						
機械器具部分の不具合状況	カルシウム沈着の疑い						
患者等の有害事象	再手術のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープリンSR注射用キット11．25mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染の疑い						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	避妊具使用中の異所性妊娠						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器 ロット番号						
機械器具部分の不具合状況	収納困難，誤穿刺						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針 販売名						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	不正子宮出血						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーが戻らない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2022	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2022	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	–
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不適切又は間違った手順又は方法						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	破損，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の異所性妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	詰まりの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD脱落, 医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	−
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	−
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーが戻らない）						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称							
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	癒着性イレウス，下腹部圧痛，急性腹膜炎，卵管留膿症，骨盤膿瘍						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	穿刺不全の疑い, 収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	–
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	破損，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	意図しない機器システムの動作						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの&#x0D 故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	カニューレ同梱プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	乳児	転帰	回復
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ワクチン接種部位蜂巣炎						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープリンSR注射用キット11．25mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加　のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置による出血						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの&#x0D 故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」						
医薬品の一般的名称	セフトリアキソンナトリウム水和物						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	幼児	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット1000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器リーク						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	オビドレル皮下注シリンジ250μg						
医薬品の一般的名称	コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	材料の分割、切断、又は裂け						
患者等の有害事象	異物体内遺残						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	成人	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題, 注射針の問題						
患者等の有害事象	針穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	針による損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	この不具合に関連する患者または医療従事者に健康被害はなかった。
医薬品の販売名	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ブトリシランナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，失明						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，失明						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇，視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞, 眼圧上昇, 視力低下						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，漏れの疑い，外れの疑い，注入不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的過量投与						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	人工透析液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液-Bi						
医薬品の一般的名称	人工透析液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	&#x0D 詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快
医薬品の販売名	プレベナー13水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ワクチン接種部位蜂巣炎						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ, 亀裂, 逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ボンベンディ静注用1300						
医薬品の一般的名称	ボニコグ　アルファ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	抜去困難						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ, 注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	月経中間期出血, IUD脱落						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	注射部位出血:回復、注射部位変色、注射部位そう痒感、医療機器の機械的問題:不明
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	注射部位出血，注射部位変色，注射部位そう痒感						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	生食注シリンジ50mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不適切又は間違った手順又は方法						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染の恐れ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題, 医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	注射部位損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品品質の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	網膜動脈閉塞，眼圧上昇						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮癒着						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮癒着						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	針付きプレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱出						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	10歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	創傷のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品品質の問題，医療機器不具合						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い, 収納困難の疑い, 漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	成人	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，不適切な製品適用計画						
患者等の有害事象	注射部位出血						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アドベイト静注用キット1500						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品品質の問題, 注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没の疑い						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入，腹膜癒着						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	90歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い, 収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ステラーラ皮下注45mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	&#x0D 詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血，腹痛						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーが戻らない)						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障，単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD糸目視不能，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器機能不良						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	グリチルリチン酸一アンモニウム、グリシン、L-システイン塩酸塩水和物						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	空気混入，破損						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	グリチルリチン酸一アンモニウム、グリシン、L-システイン塩酸塩水和物						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	空気混入，破損						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	グリチルリチン酸一アンモニウム、グリシン、L-システイン塩酸塩水和物						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	空気混入，破損						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	高血糖						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	ンスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	圧縮応力による変形						
患者等の有害事象	偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没の疑い						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ホルモン付加IUD使用時の不正性器出血						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，亀裂，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	投与部位出血，血管損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，亀裂，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	成人	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合，注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の機械的問題，医療機器送達システムの問題，医療機器の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器不具合						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器機能不良						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ケシンプタ皮下注20mgペン						
医薬品の一般的名称	オファツムマブ（遺伝子組換え）注射剤						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損，作動不良						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ，詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープリンSR注射用キット11．25mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	–
医薬品の販売名	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	グリチルリチン酸一アンモニウム、グリシン、L-システイン塩酸塩水和物						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	空気混入，破損						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	今回発生したのは健康被害のおそれであり、実際の健康被害は発生していないため、該当なし
医薬品の販売名	デュオドーパ配合経腸用液						
医薬品の一般的名称	輸液ポンプ用輸液セット						
機械器具部分の名称	輸液ポンプ用輸液セット						
機械器具部分の不具合状況	ポンプアラームが鳴りやまない						
患者等の有害事象	悪性症候群のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの&#x0D 故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の機械的問題, 医療機器の問題, 注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ，液漏れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	90歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D , 単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障&#x0D						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い，ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復したが後遺症あり。硝子体手術時に角膜浮腫を呈し、角膜上皮剥離施行のため、通常より回復が遅い可能性ある。
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ、単回使用眼科用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	生食溶解液キットH(100mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	子宮内膜癌第4期，医療機器モニタリング過誤，禁忌医療機器使用						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没, 子宮内感染						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	注射部位血腫，下腹壁動脈損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	出血, 腹部血腫						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	90歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹壁巨大血腫, 右下腹壁動脈損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腸間膜出血, 胃腸管への損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血, 動脈損傷, 注射部位血腫, 貧血						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	注射部位出血，皮下出血，下腹壁動脈損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	注射部位血腫，下腹壁動脈損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ゾラデックス1.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内血腫，血管損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	出血性ショック，腹腔内出血，下大静脈損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針、針ガード						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針、針ガード						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針、針ガード						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	高齢	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不十分な流量又は注入						
患者等の有害事象	遺伝性血管浮腫のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	報告入手時点における体調変化なし
医薬品の販売名	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ベリムマブ（遺伝子組み換え）注射液						
機械器具部分の名称							
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	破損の疑い						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	外れ，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器による投与の欠落						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	薬物送達システムの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット2000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂の疑い，曲がりの疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	―
医薬品の販売名	トレムフィア皮下注100mg シリンジ						
医薬品の一般的名称	グセルクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	圧縮応力による変形						
患者等の有害事象	針刺し/穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	圧縮応力による変形						
患者等の有害事象	針刺し/穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難（針カバーがロックされない）						
患者等の有害事象	汚染された装置への曝露／感染リスクのおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgペン						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	材料のねじれ／曲がり						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」						
医薬品の一般的名称	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	破損						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	過剰突出の疑い，注入不能の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没の疑い						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	20歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	医療機器挿入困難						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	リュープリンSR注射用キット11．25mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	リュープリンPRO注射用キット22．5mg						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	機器又は機器構成部品の分離						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，漏れ，逆流						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	フェソロデックス筋注250mg						
医薬品の一般的名称	フルベストラント						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジ破損，フィンガーフランジ破損						
患者等の有害事象	創傷のおそれ，右第二指切創(指の損傷)						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，曲がりの疑い，外れの疑い，亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，皮膚損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器送達システム除去不完全						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	針刺し／穿刺						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器位置異常						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	イミグランキット皮下注3mg						
医薬品の一般的名称	スマトリプタンコハク酸塩注射液						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	製造、包装、又は出荷の問題の疑い						
患者等の有害事象	肝炎のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	注射部位出血，注射部位疼痛，注射部位皮膚剥脱，医療機器関連損傷						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い，曲がりの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	月経過多						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	シェルガン0.5眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科手術用カニューレ						
機械器具部分の不具合状況	針外れ						
患者等の有害事象	重篤な眼部手術合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器不具合						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2023	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹壁動脈損傷, 出血, 血腫						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い, 漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%「アルコン」						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い, 注入不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入の疑い						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注用						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良&#x0D						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	非感染性眼内炎，硝子体混濁，角膜後面沈着物						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgシリンジ0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	劇症型溶血性レンサ球菌感染症，壊死性軟部組織感染，注射部位感染						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注射針の脱落						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，穿刺不全の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ（遺伝子組み換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アディノベイト静注用キット3000						
医薬品の一般的名称	ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	溶解器						
機械器具部分の不具合状況	注入不全						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD脱出，子宮出血，出血性貧血						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	フェソロデックス筋注250mg						
医薬品の一般的名称	フルベストラント						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	投与部位潰瘍，痛み，投与部位の出血，発赤・硬結，発赤・硬結						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	レンサ球菌性壊死性筋膜炎，注射部位感染						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	意図しない機器システムの動作						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	漏れ，逆流，亀裂						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損, 除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	薬物送達機器除去不完全, IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	針刺し／穿刺						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アイモビーグ皮下注70mgペン						
医薬品の一般的名称	エレヌマブ(遺伝子組み換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血, 注射部位疼痛, 注射部位変色, 感染のおそれ, 偶発的針穿刺, 皮膚損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ペリセート400NL腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	血性排液						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ペリセート360NL腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	血性排液						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡
医薬品の販売名	ペリセート360NL腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	血性排液						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL-機器						
医薬品の一般的名称	ファリシマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	採液針						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，穿刺不全の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位出血						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	処置後子宮穿孔の疑い						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，漏れの疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，突出不能の疑い，穿刺不全の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注射針の脱落						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，液体／血液の漏出						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ，血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針の先端の破損						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン　アスパルト 後続 1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アドトラーザ皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	製品を介する感染因子の伝播のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	折れ，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	コントロール不良の糖尿病						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 皮膚損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	成人	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難, 誤穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，医療機器による投与の欠落						
患者等の有害事象	関節リウマチ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，注入不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，医療機器による投与の欠落						
患者等の有害事象	関節リウマチ増悪						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	抜去不能						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	注入不能，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	注入不能，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，医療機器閉塞，注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	温度の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーショックのおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ホルモン付加IUD使用時の不正性器出血，IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	注入不能，亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	注射部位出血, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	青少年	転帰	—
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用12mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的過少量投与, 医療機器使用法過誤, 医療機器物理的性状の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ, 感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	サブパック血液ろ過用補充液－Bi						
医薬品の一般的名称	人工透析液						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	剥離，漏れ						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	不明						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	過剰突出の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	過剰突出の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，外れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器不具合						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーが戻らない)						
患者等の有害事象	汚染された装置への曝露／感染リスクのおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	誤穿刺						
患者等の有害事象	腹腔内出血, 腹部動脈損傷						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器による投与の欠落, 製品コミュニケーションの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注10mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注10mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題，作動不良						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ，詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注用						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内膜炎，骨盤腹膜炎						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	乳幼児	転帰	—
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，医療機器の機械的問題，医療機器使用過程における誤った技法，医療機器による誤用量投与						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入の疑い，注入不能の疑い，突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	コセンティクス皮下注150mgペン						
医薬品の一般的名称	セクキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂, 逆流, 漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没, IUD腹腔内迷入の疑い						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮癒着						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用１．０mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ホルモン付加IUD使用時の不正性器出血						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腟分泌物異常						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用12mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損，医療機器の問題，医療機器リーク						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	―
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の情報出力問題，注射針の問題，医療機器による投与の欠落						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い，外れの疑い，亀裂の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，穿刺不全の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アドトラーザ皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	トラロキヌマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	製品を介する感染因子の伝播のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	折りたたみ、展開、又は収納が困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	月経過多						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	関節手術						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ヌーカラ皮下注100mg ペン						
医薬品の一般的名称	メポリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	オートインジェクター						
機械器具部分の不具合状況	不十分な情報						
患者等の有害事象	異物体内遺残の疑い						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器の機械的問題，医療機器リーク						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	眼圧上昇，一過性視力消失						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入，IUD移動						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	90歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，穿刺不全の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	10歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オンボー皮下注100mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ミリキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」						
医薬品の一般的名称	リュープロレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	―
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	水腎水尿管症，腎機能低下，子宮類線維症増悪						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL-機器						
医薬品の一般的名称	ファリシマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	採液針						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	眼内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	薬物送達機器除去不完全						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	外れの疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難, 誤穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器使用過程における誤った技法，医療機器の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	出血のおそれ						
患者等の有害事象	変形，逆流，漏れ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」						
医薬品の一般的名称	デクスメデトミジン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器接続不具合						
患者等の有害事象	損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	低血糖						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」						
医薬品の一般的名称	デクスメデトミジン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL						
医薬品の一般的名称	アフリベルセプト						
機械器具部分の名称	ガラス製シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	片側性黒内障，眼圧上昇						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	皮膚損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	回復
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	製品コミュニケーションの問題，医療機器使用過程における誤った技法，医療機器のユーザーインターフェイス問題，医療機器関連損傷						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，皮膚損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	意図しない機器システムの動作						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹膜癒着, IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位疼痛						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	イノバン注0.3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	血圧低下のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	性器出血，出血性ショック						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没，薬物送達機器除去不完全，薬物送達機器除去不完全						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	意図しない機器システムの動作						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損, 除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	未報告
医薬品の販売名	ゾレア皮下注用150mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	オマリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	生食注シリンジ50mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	イベニティ皮下注105mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ロモソズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	注射による偶発的気泡						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ビスコート0.5 眼粘弾剤						
医薬品の一般的名称	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用眼科用医薬品注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔, IUD腹腔内迷入, 腹部癒着						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	部分的な閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，腹部癒着，IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ベリムマブ（遺伝子組み換え）注射液						
機械器具部分の名称	オートインジェクター						
機械器具部分の不具合状況	患者-機器不適合						
患者等の有害事象	血腫						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	成人	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	&#x0D 注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題，医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	ホルモン付加IUD使用時の不正性器出血						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンR注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	折れ，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	不十分な流量又は注入						
患者等の有害事象	遺伝性血管浮腫のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器機能不良，注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	－
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	生食溶解液キットH(100mL)						
医薬品の一般的名称	塩化ナトリウム						
機械器具部分の名称	単回使用輸液容器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	塞栓症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	感染のおそれ，偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	プレベナー20水性懸濁注						
医薬品の一般的名称	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損，医療機器リーク						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	医療機器関連合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ，偶発的針穿刺						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題，シリンジの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題，医療機器による投与の欠落						
患者等の有害事象	関節リウマチ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルツ皮下注80mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	イキセキズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	漏れの疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針の先端の破損						
患者等の有害事象	体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入，子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エヌジェンラ皮下注60mgペン						
医薬品の一般的名称	ソムアトロゴン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	エヌジェンラ皮下注60mgペン						
医薬品の一般的名称	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器リーク，偶発的製品曝露，偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エヌジェンラ皮下注24mgペン						
医薬品の一般的名称	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷，皮膚裂傷						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	幼児	転帰	ー
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用12mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損，医療機器機能不良，医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	−
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	エピペン注射液0.15mg						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	意識消失						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	イノバン注０．３％シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	－
医薬品の販売名	イノバン注0．3%シリンジ						
医薬品の一般的名称	ドパミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ダルテパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	医療機器埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ, 皮膚損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ずれ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	—
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損，除去困難な医療機器						
患者等の有害事象	医療機器除去合併症						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス25注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	−
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器材質の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損，医療機器リーク						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い, カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	高齢	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ, 血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	折れ						
患者等の有害事象	医療機器関連損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注10mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	30歳代	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡
医薬品の販売名	ペリセート360N腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹膜炎						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡
医薬品の販売名	ペリセート360N腹膜透析液						
医薬品の一般的名称	腹膜透析液						
機械器具部分の名称	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹膜炎						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」						
医薬品の一般的名称	ドブタミン塩酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	完全閉塞						
患者等の有害事象	低血圧のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ローヘパ透析用150単位/mL20シリンジmL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，液体／血液の漏出						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	曲がりの疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	90歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器による投与の欠落，医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器による投与の欠落，医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	エピペン注射液0.3㎎						
医薬品の一般的名称	アドレナリン						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題						
患者等の有害事象	アナフィラキシーショックのおそれ，注射部位損傷						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器リーク						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	ピストン棒の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少&#x0D のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	切断の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	切断の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス						
医薬品の一般的名称	デュラグルチド(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	汚染・除染の問題						
患者等の有害事象	異物体内遺残のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	ミルセラ注シリンジ100μg						
医薬品の一般的名称	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	体内異物のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	デュピクセント皮下注300mgペン						
医薬品の一般的名称	デュピルマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入不能の疑い，突出不能の疑い，漏れの疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログミックス50注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮内器具使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	プラリア皮下注60mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	デノスマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	医療機器関連合併症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックスLA10.8mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」						
医薬品の一般的名称	ヘパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	汎用注射筒						
機械器具部分の不具合状況	亀裂，逆流，漏れ						
患者等の有害事象	出血のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	テリパラチド酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	収納困難(針カバーが戻らない)						
患者等の有害事象	汚染された装置への曝露／感染リスクのおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	20歳代	転帰	—
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ，注射部位出血						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	腹痛，卵管穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	回らない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	排出精度が不正確であるの疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ゾラデックス3.6mgデポ						
医薬品の一般的名称	ゴセレリン酢酸塩						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL						
医薬品の一般的名称	アバタセプト（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	作動不良						
患者等の有害事象	詳細不明の感染症のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	40歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	外れ						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器の問題，医療機器破損						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	－
医薬品の販売名	ジェノトロピンゴークイック注用5．3mg						
医薬品の一般的名称	ソマトロピン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	偶発的針穿刺						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD腹腔内迷入，腹膜癒着						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔，腹部癒着						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	シムジア皮下注200mgオートクリックス						
医薬品の一般的名称	セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	誤穿刺による感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	-
医薬品の販売名	フィラジル皮下注30mgシリンジ						
医薬品の一般的名称	イカチバント酢酸塩						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	ゆるい又は間欠的な接続						
患者等の有害事象	遺伝性血管浮腫のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	未回復
医薬品の販売名	HAI腓骨遠位端ロッキングプレートシステム						
医薬品の一般的名称	体内固定用プレート						
機械器具部分の名称	腓骨遠位端外側ロッキングプレート						
機械器具部分の不具合状況	折れのおそれ						
患者等の有害事象	なし						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器による投与の欠落，注射針の問題，医療機器欠陥，医療機器装着の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD使用中の妊娠						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復
医薬品の販売名	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ゴリムマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	単回使用皮下注射用針						
機械器具部分の不具合状況	突出不能						
患者等の有害事象	投与過少によるリウマチ症状の再燃						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	ー
医薬品の販売名	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	トシリズマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	針収納困難						
患者等の有害事象	注射部位疼痛，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注25mgペン0．5mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器の機械的問題，医療機器閉塞						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	内部部品の故障						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	80歳代	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	医療機器送達システムの問題，注射針の問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	―
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター						
医薬品の一般的名称	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	エンブレル皮下注50mgペン1．0mL						
医薬品の一般的名称	エタネルセプト(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	注射針の問題，医療機器送達システムの問題，医療機器の機械的問題						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快
医薬品の販売名	ケシンプタ皮下注20㎎ペン						
医薬品の一般的名称	オファツムマブ(遺伝子組換え)注射剤						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	曲がり						
患者等の有害事象	投与部位血腫(腹部血腫)						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	シリンジの問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	クレキサン皮下注キット2000IU						
医薬品の一般的名称	エノキサパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	針付プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	突出不能の疑い，収納困難の疑い						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明(発生後、患者への影響は見られず)
医薬品の販売名	ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL						
医薬品の一般的名称	パルナパリンナトリウム						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	液体／血液の漏出						
患者等の有害事象	出血						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	－
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器材質の問題						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	—
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器破損						
患者等の有害事象	損傷のおそれ，感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン　グラルギン後続1］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペンHD						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ，血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	IUD破損						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	カートリッジホルダーの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い, 注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ, 血中ブドウ糖減少のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　アスパルト(遺伝子組換え)［インスリン　アスパルト 後続 1 ］						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入器の故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタス注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ランタスXR注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	アピドラ注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ソリクア配合注ソロスター						
医薬品の一般的名称	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器/医薬品ペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	子宮穿孔						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	レパーサ皮下注140mgペン						
医薬品の一般的名称	エボロクマブ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	異物混入						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマリンN注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	ヒトインスリン（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	60歳代	転帰	-
医薬品の販売名	ヒューマログ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ミレーナ52mg						
医薬品の一般的名称	レボノルゲストレル						
機械器具部分の名称	子宮内避妊用具						
機械器具部分の不具合状況	不明						
患者等の有害事象	IUD埋没，医療機器除去不成功						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	ー
医薬品の販売名	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用						
医薬品の一般的名称	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン						
機械器具部分の名称	プレフィル用シリンジ						
機械器具部分の不具合状況	医療機器接続不具合，医療機器材質の問題，医療機器リーク						
患者等の有害事象	感染のおそれ，損傷のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	マンジャロ皮下注5mgアテオス						
医薬品の一般的名称	チルゼパチド						
機械器具部分の名称	医薬品・ワクチン用注入器						
機械器具部分の不具合状況	収納困難						
患者等の有害事象	感染のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	動作不能						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	単位設定ダイアルの故障の疑い，注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	女	年齢	不明	転帰	不明
医薬品の販売名	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ BS 注ｿﾛｽﾀｰ HU「サノフィ」						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン　リスプロ後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	注入ボタンの故障の疑い						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	男	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	ルムジェブ注ミリオペン						
医薬品の一般的名称	インスリン　リスプロ(遺伝子組換え)						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							

報告年度	2024	性別	不明	年齢	不明	転帰	-
医薬品の販売名	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」						
医薬品の一般的名称	インスリン　グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン　グラルギン後続1]						
機械器具部分の名称	インスリンペン型注入器						
機械器具部分の不具合状況	押せない						
患者等の有害事象	血中ブドウ糖増加のおそれ						
備考							