

医療関係者各位

適正使用のお願い

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン B<sub>1</sub>液

**ビーフリード<sup>®</sup> 輸液**

調製時及び投与開始前の隔壁開通確認のお願い

2026年6月

株式会社大塚製薬工場

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品の「ビーフリード輸液」において、昨今、隔壁を開通せずに投与された事例が報告されております。本剤の適正使用のため、隔壁開通に関する資材をご案内申し上げます。

本剤は、メイラード反応\*を防止し、製剤の安定性を確保するため、二槽バッグ（ダブルバッグ）構造を採用しております。ご使用に際しては、必ず隔壁開通作業が必要です。ご使用の際は、調製時に加えて投与開始前にも隔壁が開通していることをご確認のうえ、投与していただきますようお願い申し上げます。

改めて標記製品のご使用に際しましては、電子化された添付文書の「用法及び用量」、使用上の注意「調製手順」、「薬剤投与時の注意」を十分にご確認の上、適正使用をお願い申し上げます。

今後とも、より一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

\*アミノ酸と還元糖（ブドウ糖など）の混合により、時間の経過とともに褐色物質が生じる反応。



販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元


株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先：株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00～17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)

ビーフリード<sup>®</sup>輸液

# 必ず、隔壁開通を確認 してから投与してください

## 調製時の注意点




隔壁開通前に手でカバーを  
開かないでください



下室を押して隔壁開通  
してください

## 投与開始前の確認

投与開始前にはバッグ下室側を押さえ、  
内容液が隔壁を超えて上室まで流れ込むこと  
をご確認ください。



安全な投与のため、“調製時”に加えて、  
“投与開始前”にも隔壁開通の**再確認**をお願いします。  
**開通確認カバーが開いていても、必ずご確認ください。**

## ■ 隔壁未開通投与の事例

- 開通確認カバーが開いているから**隔壁開通済みだと思い**、未開通で投与してしまった。
- ナースコールがあり、作業を中断した。作業再開後に**隔壁開通済みだと思い**、未開通で投与してしまった。
- “投与者”は“調製者”が**隔壁開通をしたと思い**、未開通で投与してしまった。
- 外袋から取り出したら**準備完了だと思い**、未開通で投与してしまった。

(公財)日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 医療事故防止事業部 医療事故情報報告、並びに自社情報より作成



**必ず、隔壁開通を確認  
してから投与してください**

## ビーフリード輸液の 使用方法

こちらの2次元コードを  
読み込むと、使用方法の  
動画をご視聴いただけます。

