

# 医療機器の添付文書等を調べる場合

# 特定の文書(添付文書以外の文書)の記載内容から調べる場合

最後に

「検索」をクリック  
(下部の「検索」ボタンでも可)

最後に

「検索」をクリック  
(下部の「検索」ボタンでも可)

1 調べたい医療機器の名称を入力  
(名称の一部のみの入力でも検索可能)  
(医療機器の名称のみで検索する場合、③④の項目は未選択・未入力で可)

2 検索結果で表示したい文書を選択

3 医療機器の名称ではなく、類別や使用目的などから検索したい場合は調べたい内容を、選択・入力

4 添付文書中に記載されている言葉で検索したい場合は、調べたい言葉を入力

The screenshot shows the PMDA search interface. The left side is titled '医療機器の添付文書等を調べる' and the right side is '特定の文書の記載内容から調べる'. Both pages have a search bar at the top and a '検索' button at the bottom. The left page has a '検索結果一覧で表示する文書を選ぶ' section with radio buttons for '同じ' and '異なる', and a list of document types. The right page has a '検索対象の文書(添付文書以外)' section with three search items, each with a dropdown menu and a date range selector.

1 添付文書の記載内容からも調べる場合には、「しない」以外を選択します。

2 検索対象の文書をプルダウンから選択します。

3 検索項目間の結合条件を、「AND」「OR」「NOT」で指定する

# 情報検索機能の使い方のポイント

ロゴ部分のクリックで、ホームページのトップ画面へ移動できます。

複数キーワードで検索したい場合は、「部分一致」を選択し、キーワード同士をスペースで区切ります。

「検索結果一覧で表示する文書を選ぶ」の項目を閉じている状態にすることもできます(閉じている状態で「検索・表示条件を保存」ボタンをクリックしてください)。

添付文書の「使用目的」、「使用上の注意」の項目から検索する場合はこちらに入力してください(部分一致)。

更新年月日は、「年月」や「年」だけでも検索できます。

添付文書内の言葉から検索する場合は、項目内検索1~3をご利用ください。



「Enterキー」を押しても検索できます。  
※プルダウンで項目を選択した直後に「Enterキー」を押した場合は検索できません。

検索・表示条件の初期設定を保存できます。

○保存できる条件

- ・検索結果の表示件数
  - ・「検索結果一覧で表示する文書を選ぶ」の項目
  - ・「類別」の項目 など
- ※(ページ下部にも保存ボタンがあります)。

「検索語句」は、キーワード同士をスペースで区切ると、複数キーワードで検索できます。  
また、「年月で検索」は「年」だけでも検索できます。

「特定の文書の記載内容から調べる」の検索機能は、添付文書以外の特定の文書の全文検索又は関連する日付で検索したい場合の他、「医療機器の添付文書等を調べる」での検索でヒットしなかった場合にもご利用ください。

※登録されているPDFファイルの文字コードを検索する機能であるため、スキャンされたPDFファイルである場合などは「検索語」で検索してもヒットしない場合がございますので、ご注意ください。

# 検索結果画面の使い方のポイント

(検索結果画面は、情報検索画面とは別のウィンドで表示されます。)

検索結果を「CSV」「PDF」様式で出力できます。

検索条件が表示されます。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

医療機器 情報検索

検索結果の出力

情報検索機能の使い方

CSV PDF

× 画面を閉じる

文字サイズ

標準 大 特大

表示件数を変更できます。

## 検索条件

医療機器の添付文書等を調べる

一般的名称・販売名(医療機器の名称): ○○○装置 (一般名及び販売名、部分一致) / 更新年月日: 20160101

## 検索結果

検索結果645件 / 全65ページ

表示する文書を変更

表示件数を選ぶ

10件

「一般的名称」、「販売名」、「製造販売業者等」欄は固定表示です。

一般的名称	販売名	製造販売業者等	添付文書	改訂指示 反映履歴	審査報告書/ 再審査報告書等	緊急安全性情報
○○○○式△△△△用 ○○○装置	○○○○△△△△ ABC ○○○ (xxx型)	製造販売/●●●機器株式会社	PDF			
○○○○式△△△△用 ○○○装置	○○○○△△△△ ABC ○○○ (yyyy型)	製造販売/●●●機器株式会社	PDF		審査報告書(201x年0x月16日) 申請資料概要	
○○○○式△△△△用 □□□○○○	▲▲■ OPQR □□□○○○	製造販売/株式会社▲▲■メ ディカル	PDF	200x年03月01日事務連絡別紙xx		
○○○○装置用□□材	○○○○ ■■□□123	製造販売/■■■機器株式会社	PDF	200x年07月20日事務連絡 別紙xx もっとみる		

検索結果は、一般的名称の50音順に表示されます。

該当文書が10件以上ある場合には、「もっとみる」が表示され、これをクリックすると、「もっとみる画面」で全て見ることができます。

一般的名称をクリックすると「もっとみる画面」(※)のページが表示されます。  
(※)「もっとみる画面」は一般的名称毎に情報をまとめたページです。

以下のような場合には、検索できないことがあります。

- 検索語に誤字がある場合。
- 英数字の文字列を含む販売名の途中まで入力し、部分一致検索を行った場合（例:「ABCDシステム」という販売名について、「AB」で部分一致検索する等。「ABCD」と入力すると検索でヒット致します）。なお、前方一致検索の場合は、同検索条件であっても検索することができます。
- 販売名の途中にスペースを入れて部分一致検索を行った場合（例:「AB CD システム」という販売名の場合であっても、「ABCDシステム」と全てスペースを削除した上で部分一致検索しないと検索でヒット致しません）。なお、前方一致検索の場合は、適切にスペースを入力いただかないと検索でヒット致しません。
- 検索対象の文字が環境依存文字の場合。
- 文字が図の中に埋め込まれてデータ登録されている場合。
- 登録されているPDFファイルがスキャンされたPDFファイル等、文字認識ができないファイルである場合。